

Số: 154/PAS-VT
Về việc Báo giá Hiệu chuẩn

TP. HCM, ngày 12 tháng 01 năm 2021

Kính gửi:

Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Quý công ty báo giá sản phẩm theo nội dung sau.

TT	Tên trang thiết bị	S.N	Đặc tính kỹ thuật	ĐVT	SL	Ghi chú
1	Thiết bị đo tiêu phân MetOne GT521	N15286	(0.3 đến 10 μ m)	Bộ	1	
2	Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ và áp suất TrackSense Pro Logger Ellal	502413	Chỉ tiêu nhiệt độ	Cái	5	
		502535				
		502572				
		418204				
		418206				
		407546	Chỉ tiêu nhiệt độ, áp suất	Cái	1	
3	Thiết bị đo đa năng DIM, TSI 8375	91216030	- Đo lưu lượng gió: + Dải đo: 42÷4250 m ³ /h + Độ chính xác: \pm 3% giá trị đọc \pm 12 m ³ /h ở lưu lượng > 85 m ³ /h + Độ phân giải: 1 m ³ /h - Đo tốc độ gió: + Dải đo: • Bảng ống Pitot: 0.125 to 40 m/s • Bảng đầu dò arilfow: 0.125 to 25 m/s • Bảng ma trận: 0.125 to 12.5 m/s + Độ chính xác: \pm 3% giá trị đọc \pm 0,04 m/s ở tốc độ gió > 0,25 m/s + Độ phân giải: 0,01 m/s - Đo các thông số khác: áp suất, nhiệt độ, độ ẩm	Bộ	1	

- Các đơn vị thực hiện hiệu chuẩn thiết bị đã được các cơ quan thẩm quyền công nhận
- Bảng báo giá có đóng mộc (bản chính) có thể hiện ngày báo giá, ngày hiệu lực, thời gian thực hiện, điều kiện thanh toán.



- Giá đã bao gồm tất cả các chi phí: thuế VAT và các chi phí khác
- Thời gian gửi báo giá từ ngày 12/01/2021 đến ngày 19/01/2021
- Báo giá gửi về địa chỉ. **Viện Pasteur Tp. Hồ Chí Minh**

167 Pasteur, Phường 8, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 028.3820634

Trân trọng cảm ơn ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Viện trưởng (để báo cáo)
- KHTH (CNTT) để thực hiện
- Lưu: VT, Vật tư.

**TU. VIỆN TRƯỞNG
TRƯỜNG PHÒNG VẬT TƯ – THIẾT BỊ Y TẾ**



Lê Việt Hà

