

Số: 1674/PAS-VTTBYT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 6 năm 2023

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn trang thiết bị

Kính gửi: Viện đo lường Việt Nam

Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đang có kế hoạch về việc hiệu chuẩn trang thiết bị tại Trung tâm kiểm định thiết bị y tế;

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch lập dự toán mua sắm, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Viện đo lường Việt Nam báo giá dịch vụ hiệu chuẩn theo danh mục sau:

TT	Nội dung cầu	Đặc tính kỹ thuật (nếu có)	Đơn vị tính	Số lượng
1	Datalogger tự ghi Ellab Model: TrackSense Pro Single Temperature	PVĐ/Range: -80~140°C Resolution: 0,0001°C ĐCX/ Accuracy: ±0,3°C (-80 đến -50°C) ±0,2°C (-50 đến -40°C) ±0,1°C (-40 đến -25°C) ±0,05°C (-25 đến 140°C)	<u>Nhiệt độ (°C):</u> -30; 0; 20; 60; 121	Cái 01
2	Datalogger tự ghi Ellab Model: TrackSense Pro High Temperature	PVĐ/Range: 0 ~ 400°C Resolution: 0,0001°C ĐCX/ Accuracy : ±0.5°C (0°C đến +400°C)	<u>Nhiệt độ (°C):</u> 0; 20; 60; 120; 140	Cái 01
3	Datalogger tự ghi Ellab Model: TrackSense Pro High Temperature	PVĐ/Range: 0 ~ 400°C Resolution: 0,0001°C ĐCX/ Accuracy : ±0.5°C (0°C đến +400°C)	<u>Nhiệt độ (°C):</u> 0; 20; 60; 120; 140	Cái 01
4	Datalogger tự ghi Ellab Model: TrackSense Pro High Temperature	PVĐ/Range: 0 ~ 400°C Resolution: 0,0001°C ĐCX/ Accuracy : ±0.5°C (0°C đến +400°C)	<u>Nhiệt độ (°C):</u> 0; 20; 60; 120; 140	Cái 01
5	Datalogger tự ghi Ellab Model: TrackSense Pro Single Temperature	PVĐ/Range: -40 ~ 150°C Resolution: 0,0001°C	<u>Nhiệt độ (°C):</u> -30; 0; 20; 60; 121	Cái 01
6	Datalogger tự ghi Ellab Model: TrackSense Pro Single Temperature	PVĐ/Range: -40 ~ 150°C Resolution: 0,0001°C	<u>Nhiệt độ (°C):</u> -30; 0; 20; 60; 121	Cái 01
7	Datalogger tự ghi Ellab Model: TrackSense Pro Single Temperature	PVĐ/Range: -80 ~ 150°C Resolution: 0,0001°C ĐCX/ Accuracy: ±0,3°C (-80 đến -50°C) ±0,2°C (-50 đến -40°C)	<u>Nhiệt độ (°C):</u> 0; 60; 90; 121; 140	Cái 01



TT	Nội dung cầu	Đặc tính kỹ thuật (nếu có)	Đơn vị tính	Số lượng
		±0,1°C (-40 đến -25°C) ±0,05°C (-25 đến 150°C)		
8	Datalogger tự ghi Ellab Model: TrackSense Pro Single Temperature	PVĐ/Range: -80~ 140°C / -196 đến -80°C (thân logger đặt ở nđ môi trường) Resolution: 0,0001°C ĐCX/ Accuracy: ±0,1°C (-40 đến 140°C) ±0,2°C (-50 đến -40°C) ±3°C (-196 đến -80°C) ±0,5°C (nếu HC tại -196°C)	<u>Nhiệt độ (°C):</u> -80; -30; 0; 30; 60	Cái 01
9	Datalogger tự ghi Ellab Model: TrackSense Pro Single Temperature	PVĐ/Range: -80~ 140°C / -196 đến -80°C (thân logger đặt ở nđ môi trường) Resolution: 0,0001°C ĐCX/ Accuracy: ±0,1°C (-40 đến 140°C) ±0,2°C (-50 đến -40°C) ±3°C (-196 đến -80°C) ±0,5°C (nếu HC tại -196°C)	<u>Nhiệt độ (°C):</u> -80; -30; 0; 30; 60	Cái 01
10	Datalogger tự ghi Ellab Model: TrackSense Pro Single Temperature	PVĐ/Range: -80~ 140°C / -196 đến -80°C (thân logger đặt ở nđ môi trường) Resolution: 0,0001°C ĐCX/ Accuracy: ±0,1°C (-40 đến 140°C) ±0,2°C (-50 đến -40°C) ±3°C (-196 đến -80°C) ±0,5°C (nếu HC tại -196°C)	<u>Nhiệt độ (°C):</u> -80; -30; 0; 30; 60	Cái 01

- Hồ sơ báo giá gồm:
 - + Báo giá theo mẫu phụ lục kèm theo;
 - + Tài liệu liên quan: bao gồm hồ sơ kỹ thuật, các hồ sơ pháp lý của sản phẩm (nếu có);
- Thời gian nhận báo giá: không muộn hơn ngày 14/6/2023.
- Hình thức gửi:
 - + Bản chính Hồ sơ báo giá được gửi về Bộ phận văn thư – Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh – Địa chỉ: 167 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM.
 - + File mềm được gửi đến địa chỉ email: ngoctham3107@gmail.com

+ Mọi chi tiết xin liên hệ: chị Ngọc Thắm – Phòng Vật tư thiết bị y tế, số điện thoại 093 654 8286.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Viện trưởng (để báo cáo);
- PVT Đinh Xuân Thành (để p/h chỉ đạo);
- Phòng HCQT (CNTT) (để thực hiện);
- Lưu: VT, VTTBYT.

**TL. VIỆN TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG VTTBYT**



Lê Việt Hà

hcqt_qun.pas_Cong nghe thoi... 2023 14:46:23



Phụ lục

BIỂU MẪU BẢNG BÁO GIÁ

(Kèm theo Công văn số 1674/PAS-VTTBYT ngày 09/6/2023 của Viện Pasteur

Thành phố Hồ Chí Minh)

_____, ngày ____ tháng ____ năm ____

BẢNG BÁO GIÁ

SỐ

Kính gửi: Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ công văn số của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, _____ [Ghi tên Đơn vị báo giá] xin gửi báo giá như sau:

TT	Tên dịch vụ viện yêu cầu	Đề xuất kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VNĐ, có VAT)	Thành tiền	Ghi chú (nếu có)

Ghi chú:

- Giá chào đã bao gồm thuế và các chi phí khác có liên quan
- Hiệu lực báo giá: _____
- Các nội dung khác (nếu có)

ĐƠN VỊ BÁO GIÁ

[ghi tên, ký tên và đóng dấu (nếu có)]